

**Version/Version 1.1 /
121015-53**



Messuhren Typ FM1000/5S / *Dial Gauge Type FM1000/5S*

DIN EN ISO 463

Messwertumkehrspanne (G fu) / <i>hysteresis (MPE fu)</i> :	3 µm
Wiederholgrenze (G fw) / <i>repeatability (MPE fw)</i> :	0,5 µm
Messabweichung (G) der Anzeige über einen Bereich von / <i>Error (MPE) within a range of:</i>	
1/10 Umdrehung / <i>1/10 revolution</i>	3 µm
½ Umdrehung / <i>½ revolution</i>	4 µm
1 Umdrehung / <i>1 revolution</i>	5 µm
Messbereich (G fe) / <i>total range (MPE fe)</i>	10 µm

Messkraft (MPL) / <i>Measuring force (MPL)</i> :	
Höchstwert / <i>maximum</i> :	2,5 N
Mindestwert / <i>minimum</i> :	0,7 N
Hysterese / <i>hysteresis</i> :	1,0 N

G und MPL gelten für die Lage: Vertikal
MPE and MPL in the following position: Vertical